



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
22/10/2020

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSF2051

Provette 15 ml con tappo a doppia chiusura. In polistirolo, graduate, sterili.

Il tappo speciale a doppia posizione permette, con una leggera pressione, di assicurare l'aerazione del campione (colture aerobiche) e, con una pressione più forte, di ottenere l'ermeticità (colture anaerobiche). Sterili in confezione multipla da 25 pezzi. RCF max 1.400 x g.

15 ml Test tubes with two positions closure cap.

In polystyrene, graduated, sterile. The particularly shaped dual-positions cap allows, with a light touch, to assure a good aeration of the sample (aerobic cultures) and, with a stronger pressure, to obtain a leakproof closure (anaerobic cultures). Sterile in bags of 25 pieces. RCF max 1,400 x g.



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	APTACA SPA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	10450/SG	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato provetta	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	Raw material – test tube
Materiale impiegato tappo	POLIETILENE / POLYETHYLENE	Raw material - cap
Volume	15 ML	Volume
Dimensioni provetta (mm)	Ø 17 X 100	Dimensions - test tube (mm)
Dimensione tappo (mm)	Ø 22 X 20	Dimensions – cap (mm)
Temperature tollerate provetta	MIN -10°C MAX +70°C	Temperature range test tube
Temperature tollerate tappo	MIN -50°C MAX +75°C	Temperature range cap
Peso provetta (gr.)	4,8	Weight test tube (gr)
Peso tappo (gr.)	1,5	Weight – cap (gr.)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	1000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	25	Internal packing (pcs):

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" atto a contenere un campione biologico umano (per esempio urina, sangue, sperma, saliva, espettorato, pus, etc) al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato **esclusivamente ad uso professionale.**

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) > **W050301020102** (Provette senza additivi in materiale plastico per analisi)

Classificazione **EDMA > 51091001** - Other containers for samples of human origin



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
22/10/2020

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" adapted to contain a human biological sample (for example urine, blood, semen, saliva, sputum, pus, etc) in order to perform diagnostic analysis laboratory. For professional use only.

National classification of medical devices (**CND - For Italian law**) > **W050301020102** (Samples analyses, plastic tubes without additives).

EDMA code > 51091001 - Other containers for samples of human origin

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

L'uso in centrifuga non deve superare la velocità massima di RPM 3.000 per un massimo di 20 min.
For a maximum centrifuge speed of 3,000 RPM to be kept for 20" max

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable



Sterilizzazione con radiazioni ionizzanti
Sterilization by ionizer rays