



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
13/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSL483

**BOTTIGLIA GRADUATA PER LA RACCOLTA URINA
NELLE 24H VOL. 2500 ML CON TAPPINO DI PRELIEVO E MANICO
URINE TANK GRADUATED FOR 24 H URINE COLLECTION
VOL. 2500 ML WITH CAP FOR EASY SAMPLING**



CODICE CND W05030102 CONTENITORI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	F.L. MEDICAL S.r.l.	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	25103	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale contenitore	Polietilene / Polyethylene	Cup raw material
Materiale tappo	Polipropilene / Polypropylene	Cap raw material
Aspetto	Cilindrico / Cylindrical	Appearance
Colore	Bianco / White	Colour
Volume	2500 ml	Volume
Ø Inferiore	130 mm	Lower Ø
Ø imboccatura senza tappo	75 mm	Mouth Ø without cap
Ø imboccatura con tappo	80 mm	Mouth Ø with cap
Altezza	245 mm	Height
Quantità confezione pz	30	Box quantity pcs
Stoccaggio	Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile /Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable.	
Smaltimento	Prima dell'uso si considera rifiuto non pericoloso. Dopo l'uso si considera rifiuto sanitario potenzialmente infetto. /Before use is considered non-hazardous waste. After use, it is considered potentially infectious medical waste.	