

**Biosigma SpA****a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento

21/10/2020

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET**REF: BSP056**

Provette cilindriche da 5 ml per sierare graduate, con bordo. Prodotte in polimetilmetacrilato (PMMA), materiale Plastico molto simile al vetro, con eccellente trasparenza, elevata durezza e grande rigidità. Tali caratteristiche rendono queste provette particolarmente idonee per sierare. Senza etichetta e senza tappo. Dispositivo latex-free.

5 ml cylindrical test tubes for serum separation graduated, with rim. Manufactured in polymethylmethacrylate (pmma), plastic material, with features most similar to those of glass, very rigid and transparent. Particularly suitable for serum separation. Without label and without cap. Latex-free device



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	APTACA SpA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	5558	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato provetta	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – test tube
Volume	3 ML	Volume
Dimensioni provetta (mm)	Ø 12 X 56	Dimensions - test tube (mm)
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +120°C	Temperature range
Peso (gr.)	1,8	Weight (gr)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	5000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	1000	Internal packing (pcs):

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere sangue e fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain blood and biological liquids to perform laboratory tests. For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
21/10/2020

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

L'uso in centrifuga non deve superare la velocità massima di 5.000 r.p.m. per un massimo di 20 min.

For a maximum centrifuge speed of 5,000 r.p.m to be kept for 20" max