



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Ultimo aggiornamento
Last updating
28/09/2020

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSR066 (Q.tà/Q.ty 25 x 1000 pz./pcs.) – **BSR066R** (Q.tà/Q.ty 1000 pz./pcs.)



Puntali gialli tipo Gilson 0 - 200 µl

Yellow tips Gilson type 0 - 200 µl

Codice CND W05030202 PUNTALI PER PIPETTE



Tipo Gilson	MODELLO/ MODEL	Gilson Type
DIMENSIONI ESTERNE		EXTERNAL DIMENSIONS
Capacità	200 ul	Capacity
Diametro inferiore	N.A.	Lower diameter
Diametro superiore	7 mm	Upper diameter
Altezza	50 mm	Height
Materiale	PP	Raw material
Colore	Giallo / Yellow	Color
Sterile	NO	Sterile
Prodotto IVD, marcato CE	Si/Yes	IVD item, CE marked
BSR066 Quantità pz.	25 X 1.000	Quantity pcs. BSR066
BSR066R Quantità pz.	1.000	Quantity pcs. BSR066R

DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO Destinato esclusivamente ad uso professionale

RACCOMANDAZIONI D'USO (a carattere generale esclusivamente informativo)

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti pericolo di contaminazione
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore a dalla luce solare diretta
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo la normativa vigente

IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE FOR PROFESSIONAL USE ONLY

RECOMMENDATION USE (exclusive as information)

- Use only for laboratory analysis
- Use gloves: contamination risk if contents leaks
- Do not use after expiry date
- Do not vary the intended purpose of the product
- Keep out of reach of children
- Store in dry place and far from the direct light
- Waste disposal: use the provided D.P.I and discharge under the laws in force.



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Ultimo aggiornamento
Last updating
28/09/2020

SCHEMA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE

MANUFACTURER DEFINITION

BIOSIGMA SpA

Via Valletta, 6 - 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY
Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228
E-mail: info@biosigma.com - <http://www.biosigma.com>

DESTINAZIONE D'USO

I dispositivi sono prodotti monouso destinati all'uso in laboratorio per la chiusura di provette ESCLUSIVAMENTE PER USO IN VITRO. L'uso e la manipolazione dei dispositivi è riservata al personale medico e tecnico con le necessarie abilitazioni e preparazione professionale.

DESTINATION USE

The devices are disposable labware intended to be used on laboratory for closure of tubes. FOR IN VITRO USE ONLY. The use and the manipulation of the devices are reserved to the medical and technical staff with the necessary professional qualification.

CLASSIFICAZIONE

Ai fini della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro recepita in Italia con D.L. n. 332, G.U.R.I. n. 269 del 17 novembre 2000, Biosigma SpA definisce tutti i componenti di suddetta famiglia come dispositivi medico-diagnostici in vitro e li classifica come "Altri dispositivi medico-diagnostici in vitro", quindi da rendere conformi all'allegato III della direttiva.

CLASSIFICATION

In order to the Directive 98/79/CE concerning medical-diagnostic in vitro devices receipt in Italy with D.L. n. 332 G.U.R.I. n. 269 dated 17 November 2000, Biosigma SpA defines all the components of the above-state family as medical-diagnostic in vitro devices and it classifies as "Other medical-diagnostic in vitro devices", in order to make conformable the attachment III of the directive.

Interpretazione dei simboli sull'imballaggio

Interpretation of the symbols on the package



Questo prodotto è conforme alla Direttiva 98/79/CE sui Dispositivi Medico Diagnostici In Vitro
This product fulfils the requirements of Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices



Simbolo per "Mantenere secco" Symbol for "Keep dry"



Simbolo per "non riutilizzare" Symbol for "Do not reuse"



Simbolo per "codice del lotto" Symbol for "batch code"



Simbolo per "Consultare le istruzioni per l'uso" Symbol for "Consult Instructions for Use"



Simbolo per "utilizzare entro" Symbol for "Use by"



Simbolo per "limite di temperatura" Symbol for "temperature limitation"



Simbolo per "fabbricante" Symbol for "Manufacturer"



Simbolo per "Dispositivo Medico-Diagnostico In Vitro" Symbol for "In Vitro Diagnostic Medical Device"



Simbolo per "Fragile, maneggiare con cura" Symbol for "Fragile, handle with care"



Simbolo per "Metodo di sterilizzazione con radiazioni ionizzanti" Symbol for "Method of sterilization using irradiation"



Simbolo per "Metodo di sterilizzazione con ossido di etilene" Symbol for "Method of sterilization using ethylene oxide"



Simbolo per "Non utilizzare se la confezione è danneggiata" Symbol for "Do not use if package damaged"



Simbolo per "Tenere lontano dal calore" Symbol for "Keep away from heat"