



SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

PROVETTE CRYOGEN 2D CLEARLINE® BIOBASED BIOBASED CRYOGEN TUBES 2D CLEARLINE®



Realizzato con materie prime certificate basate su materie prime rinnovabili.

Questi tubi e tappi, ad eccezione della guarnizione, sono realizzati con polimeri provenienti al 90% da fonti rinnovabili. Tramite l'approccio del bilancio di massa ISCC, è possibile tracciare i materiali sostenibili lungo tutta la catena di custodia. Scegliendo questi materiali di consumo, i nostri clienti contribuiscono a ridurre significativamente la quantità di risorse fossili necessarie per la loro produzione.

Made of certified raw materials based on renewable feedstock.

These tubes and caps except for polymer gaskets, are made with 90% biobased plastic. The plastic can be traced back to biological waste material which is attributed to these tubes and caps via the ISCC mass balance approach. By choosing these consumables, our customers help to significantly reduce the amount of fossil resources required for their production.




Informazioni sull'impatto ambientale verificate da terze parti.
Third party verified information environmental impact.

CLEARLine®
"Be cool, be safe, be CLEARLine"



Codice Datamatrix inserito nel fondo, sequenziale e corrispondente al codice a barre "code 128" sul corpo della provetta

Datamatrix Code inserted in the bottom, sequential and corresponding to the "code 128" on the tube body.



REF	VOL. (ML)	MODELLO MODEL	STILE FONDO BOTTOM STYLE	ALTEZZA HEIGHT (MM)	DIAMETRO DIAMETER (MM)	INTERNAL PACKAGING	CONF. DI VENDITA SALE UNIT
CL2BI2DSC	2.0	2D	SELF STANDING	H 47.70 ± 0.34	Ø 12.6 ± 0.13	BAG / 50	CASE / 500
CL5BI2DSC	5.0	2D	SELF STANDING	H 90 ± 0.44	Ø 12.6 ± 0.13	BAG / 50	CASE / 500
CL2BE2DSC	2.0	2D	SELF STANDING	H 46.85 ± 0.34	Ø 12.6 ± 0.13	BAG / 50	CASE / 500
CL5BE2DSC	5.0	2D	SELF STANDING	H 89.25 ± 0.44	Ø 12.6 ± 0.13	BAG / 50	CASE / 500



SCHEMA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

--	--	--	--	--	--	--	--

Caratteristiche / Specification:

- Inserto Datamatrix Code: sistema di marcatura permanente al laser, sottoposto a rigorosi controlli di qualità

Datamatrix Insert: the 2D code is automatically generated from the linear barcode during the manufacturing process. Permanent laser etching system.



- Barcode: codice a barre stampato direttamente sulle provette. Ideale per la processazione e l'archiviazione automatica dei campioni. Può essere letto con i più comuni lettori di codici a barre. La decodifica del codice a barre può essere comodamente letta in ogni direzione.

Barcode: barcode printed directly on the tubes. Ideal for automatic processing and archiving of samples. It can be read with the most common barcode readers. The decoding of the bar code can be conveniently viewed in any direction.



- Tappo a vite per tappatori automatici: particolare disegno del tappo progettato per l'uso con decappatori automatici. I tappi sono realizzati con un sistema a bi-iniezione per evitare qualsiasi contaminazione e perdita di liquidi. La guarnizione in gomma viene iniettata direttamente nel tappo durante lo stampaggio.

Screw cap for automatic decapper: is engineered for use with automatic decapping. Caps are made of a bi-injection system to prevent contamination and loss of fluids. The rubber is injected directly into the cap during molding.



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">– Base ad incastro per i CryoGen Box 2D, le workstation e i rack SBS 48 posti.– Area di scrittura.– Graduazione stampata*– Sterili a raggi beta SAL10⁻⁶– Certificate completamente prive di: DNA Umano, PCR inibitori, DNasi, RNasi, Pirogeni, ATP.– Provetta in polipropilene medicale e tappo in polietilene medicale/gomma– Autoclavabili a vapore 121°C per 20 minuti– Avvitamento veloce con una sola mano.– Adatte per lo stoccaggio da temperature di refrigerazione generica (+4°C) fino alla fase di vapore dell'azoto liquido | <ul style="list-style-type: none">– Locking bottom for CryoGen Box 2D, workstation and SBS rack 48 places– Writing area.– Graduation printed *– Sterile beta-ray SAL10⁻⁶– Certificate completely free Human DNA, PCR Inhibitor, DNase, RNase, Pyrogen, ATP.– Test tube in medical polypropylene and cap in medical polyethylene/rubber– Autoclavable at 121 °C steam for 20 minutes– Fast cap screwing with only one hand.– Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen |
|--|---|

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
- Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
- Non riutilizzare: Dispositivo monouso
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini

RECOMMENDATIONS FOR USE

- Keep out of flame or heat sources which might damage the product.
- Do not use after expiry date or if packing is opened.
- Do not re-use: Disposable device.
- Do not vary the intended purpose of the product.
- Keep out of reach of children.




SCHEMA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

- Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
- **Smaltimento del prodotto:**
i prodotti NON utilizzati sono considerati non pericolosi e possono essere riciclati previo opportuni trattamenti. I dispositivi usati sono da considerarsi potenzialmente infetti (rifiuti pericolosi) e smaltiti secondo le vigenti normative.
Smaltimento dell'imballaggio:
Raccogliere il materiale di imballaggio e gettarlo negli appositi contenitori di raccolta presso la propria organizzazione.
- *Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C.*
- **Product disposal:**
products NOT used are considered non-hazardous and can be recycled after appropriate treatment. Used devices are to be considered potentially infectious (hazardous waste) and disposed of according to current regulations.
Packaging disposal:
collect the packing material and place it in the appropriate collection containers at your organization.
- * L'eventuale scala graduata non ha funzione di misura ma solo di indicazione generica di aver raggiunto un quantitativo di campione adeguato (più che sufficiente) per le successive fasi di analisi in laboratorio.
- * *Any graduated scale does not have a measurement function but only a generic indication of having reached an adequate quantity of sample (more than sufficient) for the subsequent stages of laboratory analysis.*

ATTENZIONE: CONSERVAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI IN AZOTO LIQUIDO.

L'immersione dei criotubi nella fase liquida dell'Azoto può causare un intrappolamento di azoto liquido all'interno della provetta che potrebbe portare ad un aumento della pressione causando una possibile esplosione con rischio di contaminazione biologica e/o perdita del campione. **Noi consigliamo che i campioni siano conservati nella fase gassosa sopra l'azoto liquido (-178 a -150 °C) per essere assolutamente sicuri.** In questo stato la temperatura è al di sotto del livello richiesto per mantenere il materiale in buone condizioni.



Consigliamo di riempire la provetta non oltre la graduazione massima riportata sulla provetta stessa e tenerla in posizione verticale per permettere la corretta espansione del campione evitando spandimenti e contaminazioni. Durante la manipolazione di provette per criogenia congelate, adottare sempre le opportune misure di protezione indossando abiti di sicurezza, occhiali, guanti operando su un piano di lavoro idoneo.

ATTENTION: STORAGE OF BIOLOGICAL SAMPLES IN LIQUID NITROGEN.

*The immersion of samples in the liquid phase may cause entrapment of liquefied nitrogen inside the vial and lead to pressure build-up, resulting in possible explosion or biohazard release and/or loss of the sample. **We therefore recommend that samples be stored in the gas phase above the nitrogen (-178 to -150°C) to be safe.** In this state the temperature is well below the level required to keep the material in good condition.*

We recommend filling the test tube no more than the maximum graduation shown on the test tube itself and hold it in a vertical position to allow the proper expansion of the sample avoiding spillage and contamination. For personal safety, when handling cryogenic vials frozen, always take appropriate measures wearing safety clothing, goggles, and gloves, working on an appropriate work surface.