



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)

| Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
01/12/2016

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

**ACCESSORI PER PROVETTE CryoGen®
CryoGen® TUBES ACCESSORIES**

CAP-DISKS STELLA
Con superficie scrivibile
With writable surface



Codice CND W050301020180 : PROVETTE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI –
ACCESSORI

REF	COLORE / COLOR
CRY910TS/AZ	Azzurro / Light blue
CRY910TS/BI	Bianco / White
CRY910TS/G	Giallo / Yellow
CRY910TS/RA	Rosa / Pink
CRY910TS/RO	Rosso / Red
CRY910TS/V	Verde / Green
CRY910TS/VI	Viola/Violet

Caratteristiche		Features
Diametro superiore	9,2 mm	Upper Diameter
Diametro inferiore	6,8 mm	Bottom Diameter
Altezza	3,95 mm	Height
Materiale	TPV	Raw material
Sterile	NO	Sterile
Prodotto IVD, marcato CE	Si/Yes	IVD item, CE marked
Conf. pezzi	1.000	Conf. Pcs.

DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE/ MANUFACTURER DEFINITION

BIOSIGMA s.r.l.

Via Valletta, 6 - 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY

Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228

E-mail: info@biosigma.com - <http://www.biosigma.com>



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)

| Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento

01/12/2016

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO CE

Destinato esclusivamente ad uso professionale

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio in vitro
In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Non utilizzare il prodotto scaduto
Non variare la destinazione d'uso
Prodotto non adatto ai bambini
Conservare in luogo asciutto, temperatura min -10° max +50°
Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo la normativa vigente

IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE

for professional use only

- Use only for laboratory analysis
Use gloves: contamination risk if contents leaks
Keep out of flame or heat sources which might damage the product
Do not use after expiry date or if packing is opened
Do not vary the intended purpose of the product
Keep out of reach of children
Store in dry place, temperature range: min. - 10 °C max 50°C
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

CLASSIFICAZIONE

Ai fini della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro recepita in Italia con D.L. n. 332, G.U.R.I. n. 269 del 17 novembre 2000, Biosigma S.r.l. definisce tutti i componenti di suddetta famiglia come dispositivi medico-diagnostici in vitro e li classifica come "Altri dispositivi medico-diagnostici in vitro", quindi da rendere conformi all'allegato III della direttiva.

La Dichiarazione di conformità alla Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro è disponibile, su richiesta, presso l'Ufficio Qualità Biosigma S.r.l.

CLASSIFICATION

In order to the Directive 98/79/CE concerning medical-diagnostic in vitro devices receipt in Italy with D.L. n. 332 G.U.R.I. n. 269 dated 17 November 2000, Biosigma s.r.l., defines all the components of the above-state family as medical-diagnostic in vitro devices and it classifies as "Other medical-diagnostic in vitro devices", in order to make conformable the attachment III of the directive.

The Declaration of Conformity in accordance to the Directive 98/79/CE is available, on request, to the Quality Department Biosigma S.r.l.

Interpretazione dei simboli sull'imballaggio/ Interpretation of the symbols on the package

Table with 2 columns: Symbol and Description. Symbols include CE, umbrella, LOT, hourglass, factory, IVD, STERILE R, STERILE EO, and heat warning.